Detalhe Equipamento

Nomenclatura

Monitor de Pressão Intracraniana (PIC)

Item

1159

Sinônimos

Monitor de Pressão Intracraniana - PIC, Monitor de Pressão Cerebral

Classificação

Médico Assistencial

Definição e Aplicação

Monitor utilizado no diagnóstico do aumento da pressão intracraniana, assim como para o tratamento da hipertensão intracraniana, conforme a aplicação clínica.

A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

Ver Especificação Sugerida 1

Preço Sugerido

R$ 113.215,00

Equipamento utilizado no diagnóstico do aumento da pressão intracraniana e demais tratamentos a depender da aplicação clínica. Deve possuir visor digital que mostre PIC média, PIC sistólica e diastólica; Gabinete revestido de aço inoxidável e resistente ao desgaste do meio ambiente; Controle de dispositivos principais; Ajuste de amplitude de medição; Deve possuir microsensor, menu simplificado, calibração e zeragem em teclas individuais; Programação de alarme para pressões mínimas e máximas. Bateria interna com no mínimo 5 horas de duração, com alerta de bateria fraca.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

*Além da descrição básica, deve conter características e/ou informações referentes a(o):
- Pressão intracraniana com operação isolada ou conectável a monitores de pressão de perfusão cerebral (CPP);
- Permitir conexão de catéteres implantáveis nos modelos epidural, intraparenquimatoso e intraventricular;
- Possuir ajuste à pressão atmosférica local e calibração automática;
- Visualização: no visor digital da pressão deverá ser apresentada em mmHg e durante os 10 primeiros minutos de leitura da PIC deverá mostrar de forma intermitente a amplitude de pulso da PIC (pressão sistólica menos pressão diastólica);
- A luminosidade do visor deverá se adequar à luminosidade do ambiente.
- Acessórios: Transdutor compatível com a marca do Equipamento; Sensores e catéteres

em quantidades de acordo com a necessidade da unidade.
- Determinar Fonte de Alimentação: elétrica (tensão V - freqüência Hz), bateria (autonomia horas).
- Verificação da presença de bateria interna.

Ambientes

Programa Estratégico / Componente

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO	http://www.dabasons.com.br	(11)33711500
SIRIUS MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	http://www.siriusmedical.com.br	(61)30552322

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: **procot@saude.gov.br**